

Clarificare 1:

Autoritatea contractanta face urmatoarea clarificare: la modele formulare a fost actualizat textul formularului 1 privind neincadrarea in art. 181 din OUG 34/2006.

Clarificare 2:

Intrebare: In caietul de sarcini, la capitolul 2. Caracteristici minime pentru eligibilitatea ofertei, la punctul 1.18, se solicita Certificat de etalonare/calibrare. Va rugam sa ne confirmati faptul ca doriti sa primiti impreuna cu simplul Certificat de Calibrare/Trasabilitate, si raportul detaliat al masuratorilor efectuate (raportul/buletinul de masuratori).

Raspuns: Pentru achizitia mentionata, in caietul de sarcini la capitolul 2 Caracteristici tehnice minime pentru eligibilitatea ofertei, la pozitia 1.18, am solicitat "Certificat de etalonare/calibrare" certificat care de fapt este unu si acelasi lucru cu raportul de etalonare detaliat.

Am solicitat acest certificat (raport) deoarece acest osciloscop va fi utilizat pentru masuratori/teste acreditate RENAR in vederea calculului incertitudinilor si a trasabilitatii echipamentelor. Acesta nu poate fi efectuat in lipsa certificatului (raportului) complet de calibrare/etalonare.

Clarificare 3:

Intrebare: In caietul de sarcini, la capitolul 2. Caracteristici minime pentru eligibilitatea ofertei, la punctul 1.8, se indica parametrul "Rata de achizitie: min. 200 kS/s pe fiecare canal". Va rugam sa ne confirmati ca parametrul reprezinta Rata (Frecventa) de esantionare solicitata a echipamentului, ceea ce in limba engleza s-ar traduce prin Sample Rate.

Raspuns: Pentru achizitia mentionata, in caietul de sarcini la capitolul 2 Caracteristici tehnice minime pentru eligibilitatea ofertei, la pozitia 1.8, am solicitat "Rata de achizitie: min. 200 kS/s pe fiecare canal".

Confirmam ca parametrul solicitat reprezinta rata (frecventa) de esantionare adica " Sample Rate".