

CLARIFICARE

Denumire	Tip document	Data postare
Clarificare facuta de catre autoritatea contractanta referitor la capitolul A2, punctul 2 din caietul de sarcini	Modificare / completare la documentatia de atribuire (exceptand anuntul/invitatie)	09.10.2014 11:34
Comentariu: Autoritatea contractanta face urmatoarea clarificare la caietul de sarcini: La capitolul A2 Caracteristici tehnice minime, punctul 2: in loc de " Iradiana reglabila in intervalul 200 - 700 w/m2, cu reglare continua a controlului automat al iradiantei" se va inlocui (se va citi): " Iradiana reglabila in intervalul de la 30 W/m2 pana la minim 120W/m2, controlata in domeniul de lungimi de unda de 300 - 400 nm"		