



Echipament: Cameră climatică Votsch VC 4018
Nume de catalog: Refrigerant: R-404A, 2,5 kg
Anul: 1995
Producător: Votsch Industrietechnik GmbH

Domeniu de utilizare:

Permite măsurători la temperaturi cuprinse în intervalul - 40 -180°C și umiditate 10 - 98 Rh, între 20 - 180°C.

Volumul camerei: 190 l.

Parametri funcționați:

Caracteristici pentru teste de temperatură:

Fluctuația de temperatură: $\pm 0,1 \dots \pm 0,5K$;

Fluctuația de temperatură: $\pm 0,5 \dots \pm 2K$;

Rata de schimbare a temperaturii: încălzire 4 K/min, răcire 3,5 K/min.

Caracteristici pentru teste climatice:

Fluctuația de temperatură: $\pm 0,1 \dots \pm 0,3K$;

Fluctuația de temperatură: $\pm 0,5 \dots \pm 1K$;

Fluctuația umidității: $\pm 1 \dots \pm 3$.



Contact pentru servicii in cadrul PHOENIX:

Mariana Lucaci (mariana.lucaci@icpe-ca.ro)

Eros-Alexandru Pătroi (eros.patroi@icpe-ca.ro)

Tel: 021 346 72 31

Fax: 021 346 82 99

